Ministère de l'Agriculture ,du Développement Rural et de la pêche
BUREAU NATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
EPIC - B.N.E.DE.R, Villa Bouchaoui – Chéraga – Wilaya d'Alger
Tel : 00 213 23 27 61 37 - 023 27 62 23 / Fax: 023 27 61 39
E-mail : contact@bneder.dz ou direction@bneder.dz / Site web : bneder.dz

Direction Générale
Réf : n°653/DG/2025

Bouchaoui le 14 JUIL. 2025

Consultation restreinte par web n°16 /2025
Portant acquisition d'une balance analytique de précision

Pièce jointe : les caractéristiques techniques

Madame, Monsieur,

Le Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural (BNEDER) lance une consultation restreinte par web pour l'acquisition d'une balance analytique de précision pour le laboratoire d'analyses des sols et eaux.
Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous faire parvenir votre offre technique et financière par e-mail le **21/07/2025**, à l'adresse électronique suivante : cabs@bneder.dz .

Objet de la consultation :
La présente consultation a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'une balance analytique de précision pour le laboratoire, conforme aux spécifications techniques définies en tableaux ci-joint.

Conditions générales :
Le matériel proposé doit être neuf, nouveau model, de fabrication récente, et répondre strictement aux exigences techniques énoncées dans le tableau ci-joint.

Le fournisseur devra assurer :
- La livraison au siège du BNEDER, dans les délais engagés.
- L'installation et la mise en service de l'équipement.
- Une formation de base à l'utilisation (si nécessaire).
- Une garantie d'au minimum 12 mois.
- La fourniture d'un certificat de conformité et de calibration reconnus (DKD, COFRAC, LNE).

Dossier de soumission : Les soumissionnaires doivent fournir :

- Une offre technique conforme aux caractéristiques exigées, comprenant :
  - Le délai de livraison.
  - La durée et les conditions de garantie.
  - La fiche technique du matériel proposé.

- Une offre financière détaillée (en HT et TTC).

Critères de sélection :

L'offre technique : (70)

Conformité technique : 30

- Conforme aux exigences techniques : 30
- Non conforme aux exigences techniques : 0 (note éliminatoire)

Délai : 20

- Plus de trois mois : 5
- Entre trois et un mois : 10
- Moins d'un mois : 20

Garantie : 20

- Moins d'une année : 0
- Plus d'une année : 20

Une offre financière : (30)

L'offre financière la moins-disant = 30 points.

$$\text{Autre offre} = \frac{\text{30 points x l'offre la moins-disant}}{\text{Offre considérée}}$$

Nb : nous portons à la connaissance des soumissionnaires que cette ladite consultation sera attestée par contrat après l'attribution définitive, et ce conformément aux dispositions réglementaires du code des marchés publics.

Espérant que cette consultation retienne votre attention, je vous prie de croire Madame, Monsieur en l'expression de nos meilleures salutations.

EPIC - BNEDER
Direction Générale

المدير العام
خالد بن محمد

Accusé de réception :

- Raison sociale
- Nom et prénom
- Cachet et signature

Caractéristiques techniques d'une balance analytique :

Caractéristique	Exigence minimale
Type d'instrument	Balance analytique de laboratoire
Capacité maximale de pesée	220 g
Résolution / Lecture minimale	0,1 mg (0,0001 g)
Précision d'affichage	± 0,1 mg
Répétabilité	≤ 0,1 mg
Linéarité	± 0,2 mg
Temps de stabilisation	≤ 4 secondes
Calibration	Interne automatique ou possibilité de calibration externe avec poids étalon
Chambre de pesée	Présente, avec portes coulissantes
Interface utilisateur	Affichage digital ou écran tactile avec menu simple
Fonctions intégrées	Tare, comptage de pièces, pesée en %, formulation, etc.
Sorties de communication	USB et/ou RS232 pour connexion PC/imprimante
Température de fonctionnement	+10 °C à +30 °C
Alimentation	220 V / 50-60 Hz
Accessoires fournis	Housse de protection, câble d'alimentation, manuel d'utilisation
Poids étalon recommandé	Conforme à la classe E2 ou F1 pour vérification

EPIC - BNEDER
Direction Générale